



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: minzdravpmr@idknet.com

23 МАЙ 2022

№ 01.1-14.1/4651

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

№ лота	Наименование товара и его описание	Единица измерения	Количество
1	Техническое обслуживание аппарата для гемодиализа 4008 (Fresenius, Германия) ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны»*	услуга	13
	Техническое обслуживание аппарата для гемодиализа 5008S (Fresenius, Германия) ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны»**	услуга	3
	Техническое обслуживание системы приготовления растворов Granumix 507S (Fresenius, Германия) ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны»***	услуга	1
2	Техническое обслуживание аппарата для гемодиализа 4008 (Fresenius, Германия) ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»*	услуга	7
	Техническое обслуживание системы приготовления растворов Granumix 107S (Fresenius, Германия) ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»***	услуга	1
3	Техническое обслуживание аппарата для гемодиализа 5008S (Fresenius, Германия) ГУ «Слободзейская центральная районная больница»**	услуга	1
	Техническое обслуживание системы водоподготовки Aqua WTU 250 (Fresenius, Германия) ГУ «Слободзейская центральная районная больница»****	услуга	1

*-включает

1.	Общий осмотр аппарата на наличие механических повреждений и загрязнений
----	---

01.1-14/529

2.	Общая проверка: - тревога отсутствия питания; - активация помпы ASP, программа заполнения; - V91, V99, V100 в рабочем состоянии и герметичны
3.	Проверка и регулировка гидравлики: - входное давление - дегазационное давление - загрузочное давление - давление потока
4.	Проверка и регулировка помпы ультрафильтрата
5.	Проверка и регулировка насосов концентрата и бикарбоната
6.	Проверка и регулировка температуры в режиме диализа
7.	Проверка и регулировка проводимости в режиме диализа
8.	Проверка и регулировка компонентов экстракорпоральной линии крови: - артериальное и венозное давление - насос крови - венозная ловушка - венозный зажим
9.	Проверка и регулировка трансмембранного давления
10.	Функциональный тест: - прохождение теста - прохождение дезинфекции
11.	Работы должны выполняться сервисной службой, авторизированной производителем оборудования, с составлением <u>акта дефектовки</u> в случае выявления частей и механизмов, требующих замены.

******-включает

1.	Общий осмотр аппарата на наличие механических повреждений и загрязнений
2.	Проверка и регулировка гидравлики: - загрузочное давление - насос потока - максимальный входящий поток
3.	Установка сервисного набора 5008S (кат. №M421001, Fresenius, Германия) - предоставляется Исполнителем
4.	Проверка и регулировка диализного давления - S03/S07 нулевая точка - S03/S07 целевое значение
5.	Проверка и регулировка детектора утечки крови
6.	Проверка и регулировка температуры в режиме диализа
7.	Проверка и регулировка проводимости в режиме диализа
8.	Проверка и регулировка модуля OCM
9.	Функциональный тест: - прохождение теста - прохождение дезинфекции
10.	Работы должны выполняться сервисной службой, авторизированной производителем оборудования, с составлением <u>акта дефектовки</u> в случае выявления частей и механизмов, требующих замены.

*******-включает

1.	Общий осмотр аппарата на наличие механических повреждений и загрязнений
2.	Вскрытие прибора, осмотр и чистка от пыли: блоков, узлов, агрегатов.

3.	Проверка механических креплений, уплотнительных соединений, контактов, внутренних электрических разъемов. Чистка контактов, смазка движущихся механических частей прибора и гидравлических уплотнителей.
4.	Проверка и регулировка датчика уровня
5.	Проверка работоспособности таймеров
6.	Проверка функционирования аварийного переключателя
7.	Работы должны выполняться сервисной службой, авторизированной производителем оборудования, с составлением <u>акта дефектовки</u> в случае выявления частей и механизмов, требующих замены

****-включает

1.	Общий осмотр системы на наличие механических повреждений, загрязнений и утечек.
2.	Замена фильтров системы префильтрации водоочистки FILTER CARTRIDGE 20" 20µM BIG BLUE (производитель Fresenius, Германия или аналог) - 1 шт.; FILTER CARTRIDGE 20" 5µMBIG BLUE (производитель Fresenius, Германия или аналог) - 1 шт.; FILTER CARTR. GAC5 9 3/4" 5µM+ACT.CARBON (производитель Fresenius, Германия или аналог) - 1 шт.; FILTERELEMENT GX10 9 3/4" 10µM FWT (производитель Fresenius, Германия или аналог) - 1 шт. – предоставляются Исполнителем
3.	Проверка параметров функционирования станции: продуктивность, давление, температура, проводимость.
4.	Проверка работоспособности: подача очищенной воды, промывка
5.	Дезинфекция кольца системы водоочистки и кольца пермеата, включая поставку необходимых дезинфицирующих средств согласно рекомендации завода производителя
6.	Работы должны выполняться сервисной службой, авторизированной производителем оборудования, с составлением <u>акта дефектовки</u> в случае выявления частей и механизмов, требующих замены

Министр



К.В.Албул

Кукин С.В.,
54201


