



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail:office@minzdrav.gospmr.org

12 ОКТ 2022

№

01.1-14.1/10267

Руководителям хозяйствующих
субъектов

На №

от

О запросе ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) **в срок до 25 октября 2022 года**, ценовое предложение на поставку в республику изделий медицинского назначения для отделений переливания крови ГУ «РКБ» и ГУ «РЦРБ» по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Форма выпуска	Заказываемое количество
1	2	4	5
1	Система для переливания крови с фильтром (для гравитационного внутрисосудистого вливания цельной крови, компонентов крови и кровезаменителей)	шт	500
2	Система для забора крови	шт	1000

Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для отделений переливания крови

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1	2	3	4
1	Система для переливания крови с фильтром		
1.1	Система оснащена пластиковым или комбинированным металлическим шипом для перфорации контейнера или флакона	наличие	обязательно
1.2	Встроенный воздушный фильтр размер ячеек 0,3мкм	наличие	обязательно
1.3	Трансфузионный фильтр размер ячеек 200 мкм	наличие	обязательно
1.4	Заточка иглы	трехгранная	обязательно

1.5	Соединение	Луер или Луер Лок	обязательно
1.6	Прозрачные трубки и роликовый регулятор	наличие	обязательно
2	Система для забора крови		
2.1	Устройство для впуска воздуха имеет фильтр, обеспечивающий фильтрацию поступающего воздуха от микроорганизмов	наличие	обязательно
2.2	Игла для подключения к бутылке – металлическая. Соединение деталей устройств герметичны при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа	наличие	обязательно
2.3	Соединение	Луер-Лок	обязательно
2.4	Игла	наружный диаметр 1,8 мм, имеющий атравматическую заточку	обязательно
2.5	Длина трубки устройства	от 650 мм	обязательно
2.6	Стерильность, нетоксичность, апирогенность	наличие	обязательно

Заместитель министра

по финансово-экономической политике

Асхамова

С.В. Долганова

Рошко В. А.,
54201

Рошко В. А.