



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40  
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510  
e-mail: minzdravpmr@idknet.com

21 АПР 2022

№ 01.1-14.1/3537

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям хозяйствующих  
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение на поставку линейного датчика у аппарату УЗИ Acuson X700 для нужд ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» согласно прилагаемому техническому заданию.

Приложение на 1 листе

Министр

К.В.Албул

Туранский  
54201

Техническое задание на поставку линейного датчика к аппарату УЗИ Acuson X700  
ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи»

Наименование предмета закупки: линейный датчик к аппарату УЗИ Acuson X700  
Количество: 1 шт.

Требования, предъявляемые к линейному датчику:

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	указать	обязательно
1.2	Страна происхождения	указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2021	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта, России, Украины, ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Технические характеристики</b>			
2.1	Совместимость с УЗИ аппаратом Acuson X700	наличие	обязательно
2.2	Линейный мультислотный электронный датчик для исследования поверхностно расположенных органов, структур и сосудов	наличие	обязательно
2.3	Частотный диапазон не хуже, МГц	4,0-12,0 МГц	обязательно
2.4	Количество переключаемых частот сканирования не менее, мм	9	обязательно
2.5	Сканируемая поверхность не менее, мм	50	обязательно
2.6	Количество элементов не менее	198	
<b>3. Условия поставки</b>			
3.1	Гарантийный срок не менее	12 месяцев	обязательно
3.2	Срок реагирования на заявки о неисправности не более, ч.	24	обязательно
3.3	Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе	наличие	обязательно
3.4	Адрес установки оборудования	ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» г. Бендеры, ул. Лазо, 20	обязательно