



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: minzdravpmr@idknet.com

04 МАЙ 2022

№ 04.14.1/3882

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение на поставку ножниц для ультразвукового скальпеля для нужд ГУ «Республиканская клиническая больница» согласно прилагаемому техническому заданию.

Приложение на 1 листе

Министр

К.В.Албул

Туранский
54201

Техническое задание на поставку ножниц для ультразвукового скальпеля
ГУ «Республиканская клиническая больница»»

Наименование предмета закупки: Ножницы для ультразвукового скальпеля SonoSurg-G2
фирмы «Olympus», Япония
Количество: 3 шт.

Требования, предъявляемые к ножницам

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1	Форма рабочей области	изогнута	обязательно
2	Амплитуда колебаний, не менее	80μм	оптимально
3	Наружный диаметр, не более	55мм	оптимально
4	Рабочая длина, не менее	340мм	оптимально
5	Вес	230гр	оптимально
6	Частота ультразвуковой энергии, не менее	47кГц	обязательно
7	Длина кабеля ручного блока	3м	оптимально
8	Номинальное напряжение высокой частоты	1500В	оптимально
9	Стерилизация паром (автоклавирование)	наличие	обязательно
10	Рукоятка пистолетного типа	наличие	обязательно
11	Ультразвуковые ножницы должны быть совместимы с генератором типа SonoSurg	совместимость	обязательно